

ОБАВЕШТЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ број 1

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕЊА, ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН БРОЈ 14/2013

Предмет: Додатна објашњења и измена Конкурсне документације за јавну набавку добара – Медицинска опрема II, ЈН број 14/2013 у поступку јавне набавке велике вредности по позиву објављеном на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца.

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12) у даљем тексту: Закон, достављамо одговор на постављено питање у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицинска опрема II, ЈН бр. 14/2013, као и измену предметне конкурсне документације.

Обавештавамо Вас да је у року за достављање понуда, дана 06.01.2014. године стигло питање, којим се траже додатна разјашњења предметне конкурсне документације.

Питање бр.1:

Под склопом Рендгенска цев наручилац је под тачком 2.3. захтевао следећу минималну техничку карактеристику:

Dual-focal spot max. 0.5/0.8 mm

Да ли је могуће понудити рендген који има следећу карактеристику:

Dual-focal spot min. 0.5/0.8 mm?

Питање бр. 2:

Под склопом Систем наручилац је под тачком 4.1. захтевао следећу минималну техничку карактеристику:

Тежина система ради лакшег маневрисања, max: 180 kg

Предлажемо измену на следећи начин:

Тежина система ради лакшег маневрисања, max: 180 kg уколико је систем на мануелни погон или max: 450 kg уколико је систем на моторни батеријски погон.

Одговор бр.1:

Наручилац остаје при свом захтеву из позиције 2.3. из разлога боље резолуције RTG снимка.

Одговор бр. 2:

Усваја се делимично ваш предлог и врши се измена позиције 4.1. која сада гласи "Тежина система ради лакшег маневрисања max: 180 kg \pm 10%".

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012) у даљем тексту: Закон, врши се измена Конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара - Медицинска опрема II, ЈН бр. 14/2013 и то:

1. На страни 5/41 Одељак III врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, Позиција бр. 4.1. -

“Тежина система ради лакшег маневрисања max: 180 kg”

Обавештавамо Вас да је у року за достављање понуда, дана 09.01.2014. године извршена измена предметне конкурсне документације и то:

На страни 5/41 Одељак III врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, Позиција бр. 4.1. -

“Тежина система ради лакшег маневрисања max: 180 kg” **сада гласи:**

“Тежина система ради лакшег маневрисања max: 180 kg \pm 10%”

Напомена: Обавештење је објављено на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца.

У Нишу, 09.01.2014. године

Комисија за ЈН бр. 14/2013